

1 工事仕様		
1	放射線治療装置入替に伴う改修工事は、以下の要件を満たすこと	
1-1	聖隷佐倉市民病院での放射線治療装置入れ替えに伴う改修工事を行うこと	
1-2	新規放射線治療装置（エレクタ社製リニアックVersa HD）が設置できるように改修工事を行うこと	
1-3	放射線治療室の仮設工事、解体工事、建築工事、金物工事、内装工事、電気工事、空調工事、衛星工事、装置工事（ベース設置に伴う）を含むこと。なお、鉄板追加や防護追加工事は行わない	
1-4	既存放射線治療装置（Trilogy）等の撤去および解体、搬出費用は落札業者の負担にて行うこと	
1-5	放射化物の引取費用を含むこと	
1-6	撤去および据付で発生した廃材等は落札業者の負担にて撤去すること	
1-7	アスベスト調査費用を含むこと	
1-8	放射線治療装置の照射室にBGMシステムを1式および設置費用を含むこと	
1-9	放射線治療装置の入れ替えに伴う測定（漏洩測定、汚染測定、放射化物測定）作業費用および報告書作成費用を含むこと	
1-10	内装仕上げ工事は、照射室内の床、天井、壁を改修すること	
1-11	照射室と機械室を間仕切る改修および扉（両サイド）を設置を含むこと	