



生化学検査

臨床検査部

検査項目		基準範囲	単位
TP	※1	6.6-8.1	g/dL
ALB	※1	4.1-5.1	g/dL
A/G比	※1	1.32-2.23	
T-BIL	※1	0.4-1.5	mg/dL
D-BIL		0.1-0.4	mg/dL
AST (GOT)	※1	13-30	U/L
ALT (GPT)	※1	男:10-42	U/L
		女:7-23	
LD (IFCC)	※1	124-222	U/L
ALP (IFCC)	※1	38-113	U/L
γ-GT	※1	男:13-64	U/L
		女:9-32	
Ch-E	※1	男:240-486	U/L
		女:201-421	
リパーゼ		13-55	U/L
CK	※1	男 59-248	U/L
		女 41-153	
CK-MB		0-25	U/L
AMY	※1	44-132	U/L
P-AMY		16-52	U/L
UA		男:3.7-7.8	mg/dL
		女:2.6-5.5	
CRE	※1	男 0.65-1.07	mg/dL
		女 0.46-0.79	
UN	※1	8-20	mg/dL
Na	※1	138-145	mEq/L
K	※1	3.6-4.8	mEq/L
Cl	※1	101-108	mEq/L
Ca	※1	8.8-10.1	mg/dL
IP	※1	2.7-4.6	mg/dL
Mg		1.8-2.4	mg/dL
T-CHO	※1	142-248	mg/dL
HDL-CHO		男:38-90	mg/dL
		女:48-103	
LDL-CHO	※1	65-163	mg/dL
TG	※1	男:40-234	mg/dL
		女:30-117	
GLU	※1	73-109	mg/dL
CRP	※1	0.00-0.14	mg/dL
Fe	※1	40-188	μg/dL
HbA1c (NGSP)	※1	4.9-6.0	%
グリコアルブミン		11-16	%
24時間法クレアチニンクリアランス		男 78.4-144.7	mL/min
		女 63.4-153.1	

免疫学的検査

検査項目	基準範囲	単位
フェリチン	男 12.9-301.3	ng/mL
	女 5.0-177.6	
α 1-AG	42-101	mg/dL
HP	30-178	mg/dL
IgA ※1	93-393	mg/dL
IgM ※1	男:33-183	mg/dL
	女:50-269	
IgG ※1	861-1747	mg/dL
CH50	32-49	U
KL-6	500未満	U/mL
コルチゾール	7-9時 4.30-22.40	μ g/mL
	15-17時 3.09-16.66	μ g/mL
プロカルシトニン	<0.1	ng/mL
葉酸	2.40-10.00	ng/mL
ビタミンB12	233.0-914.0	pg/mL
BNP	<18.4	pg/mL
トロポニンI	<26.2	pg/mL
TPAb	(-)	
HBs-Ag	(-)	
HBs-Ab	(-)	
HCV-Ab	(-)	
HIV-Ab	(-)	

血液検査

検査項目	基準範囲	単位
[血算]		
白血球数 ※1	3300-8600	/ μ L
赤血球数 ※1	男 435-555	万/ μ L
	女 386-492	
ヘモグロビン ※1	男 13.7-16.8	g/dL
	女 11.6-14.8	
ヘマトクリット ※1	男 40.7-50.1	%
	女 35.1-44.4	
MCV ※1	83.6-98.2	fL
MCH ※1	27.5-33.2	pg
MCHC ※1	31.7-35.3	g/dL
血小板数 ※1	15.8-34.8	万/ μ L
網状赤血球	0.2-3.0	%


検査項目	基準範囲	単位
[血液像]		
好塩基球	0.3-1.4	%
好酸球	0.3-6.0	%
好中球	41.0-79.0	%
単球	3.5-8.5	%
リンパ球	21.0-51.0	%
[赤沈]		
BSR 60	男 2-10	mm
	女 3-15	mm
[凝固系]		
PT-%	70-130	%
PT-INR	0.85-1.1	
APTT	24-34	秒
フィブリノゲン	200-400	mg/dL
アンチトロンビン	80-130	%
FDP	<5	μ g/mL
Dダイマー	<1.0	μ g/mL

尿検査

検査項目	基準範囲	単位
[検尿定性]		
比重	1.010-1.030	
pH	5.0-7.5	
尿蛋白定性	(-) ~ (±)	
尿糖定性	(-) ~ (±)	
ケトン体	(-)	
潜血反応	(-)	
ウロビリノーゲン	(±)	
ビリルビン	(-)	
[尿沈渣]		
赤血球	0-4	/1視野 (HPF)
白血球	0-4	/1視野 (HPF)
尿路上皮	(-)	
ガラス円柱	(-)	
細菌	(-)	

血液ガス

検査項目	基準範囲	単位
pH	7.350-7.450	
pCO ₂	35.0-45.0	mmHg
pO ₂	75.0-100.0	mmHg
HCO ₃	22-26	mEq/L
BE	-2.2~2.2	mEq/L
O ₂ SAT	94~99	%
CO-Hb	<5.0	%
MET-Hb	<2.0	%
ガスNa	134-145	mEq/L
ガスK	3.6-4.8	mEq/L
ガスCL	100-106	mEq/L
Caイオン	1.13-1.32	mmol/L
乳酸	4.5-18	mg/dL
アニオンGAP	10-18	mmol/L



腫瘍関連検査

検査項目	基準範囲	単位
PSA	0.0-4.0	ng/mL
α -FP	0.00-8.78	ng/mL
CEA	0.0-5.0	ng/mL
CA19-9	0.00-37.00	U/mL
CA125	0.0-35.0	U/mL
CA15-3	0.0-31.3	U/mL



内分泌学的検査

検査項目	基準範囲	単位
TSH	0.35-4.94	μ IU/mL
free T4	0.70-1.48	ng/dL
free T3	1.68-3.67	pg/mL
サイログロブリン	\leq 33.70	ng/mL
TSHレセプター抗体第3世代 (TRAb)	<3.10	IU/L
インスリン (2006年7/14以降、院内化)	負荷前 5.0-10.0	μ U/mL
LH	電子カルテ検査結果 項目説明参照	mIU/mL
E2	電子カルテ検査結果 項目説明参照	pg/mL
HCG	5.0未満	mIU/mL
プロゲステロン	電子カルテ検査結果 項目説明参照	ng/mL

薬物検査

検査項目	基準範囲	単位
フェニトイン	10.0-20.0	μg/mL
フェノバル	15.0-40.0	μg/mL
バルプロ酸	50.0-100.0	μg/mL
カルバマゼピン	4.0-10.0	μg/mL
ジゴキシン	0.80-2.00	μg/mL
テオフィリン	10.0-20.0	μg/mL
バンコマイシン	トラフ 5.0-10.0	μg/mL
	ピーク 30.0-40.0	μg/mL

一覧表は、院内実施項目について表示しています。

※1 JCCLS共用基準範囲、その他項目添付文書引用

- 2012/3/19(改) ALB(4/1), RF(4/2)変更
HbA1c(NGSP)(4/2), KL-6(3/19)追加
- 2013/4/01(改) LD, γ-GT, CK名称変更
- 2013/5/10(改) 酵素項目 単位変更
- 2014/3/24(改) PT, APTT, Fbg, 基準範囲変更
トロンボテスト削除, アンチトロンビン追加
- 2016/9/13(改) フェリチン, コルチゾール, プロカルシトニン, 葉酸
VB12, BNP, トロポニン, 薬物追加
- 2017/11/22(改) 乳酸、アミオンGAP追加
- 2018/4/01(改) ZTT測定中止
- 2018/5/07(改) JCCLS共用基準範囲に改訂
- 2019/4/01(改) リパーゼ 基準範囲変更
ケリコアルブミン追加
- 2020/9/11(改) FT-3基準範囲変更
- 2021/4/01(改) ALP基準範囲変更
- 2022/2/10(改) Mg, LH, E2, HCG, プロゲステロン追加
αFP基準範囲変更
- 2022/11/18(改) サイロクマリン, TRAb追加